

Dotyczy dokumentu "Zapytanie ofertowe"

III. Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr.1

Prosimy o informację czy zamawiający wymaga dostarczenia stacji opisowej na którą będą przesyłane badania do opisów.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr. 2

Prosimy o potwierdzenie że konfiguracja połączenia VPN pomiędzy placówką a stacją opisową na którą mają być przesyłane badania jest po stronie zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że konfiguracja połączenia VPN pomiędzy placówką a stacją opisową lekarza, na którą mają być przesyłane badania jest po stronie zamawiającego.

Pytanie nr. 3

Prosimy o podanie parametrów komputera stacji opisowej na którą będą przesyłane opisy oraz potwierdzenie że komputer stacji opisowej działa na systemie Windows 10 lub 11.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry komputera stacji opisowej:

- a) CPU: i5-8400 @ 2.80 GHZ*
- b) RAM: 16 GB*
- c) GPU: Barco MXRT 5600 (WDDM)*
- d) OS: Windows 10 Home*
- e) Łącze: 900 mb/s*

Pytanie nr. 4

"moduł musi posiadać opcję/funkcję rejestracji badań odrzuconych (niewłaściwie wykonanych). Rejestracja powinna obejmować rodzaj odrzuconego badania (np. rtg głowy, ręki itp.) oraz przyczynę powtórzenia (np. zdjęcie poruszone, zdjęcie za jasne za ciemne itp.)"

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie nie spełniające wyżej wymienionej funkcjonalności?

Taka funkcjonalności jest dostarczana na stacji technika i używana przez technika wykonującego badanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr. 5

"Wszystkie raporty, statystyki muszą mieć możliwość eksportu do programu excel"

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie które pozwala na eksport do .pdf oraz csv?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści oprogramowanie, które pozwala na eksport do .pdf oraz csv.

Pytanie nr. 6

"możliwości tworzenia oraz edycji cenników dla różnych placówek POZ."

System który chcielibyśmy zaoferować posiada możliwość tworzenia i edycji cenników lecz jest to operacja wykonywana na poziomie bazy danych i musi zostać przeprowadzona przez naszych techników. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, iż Wykonawca każdorazowo będzie ponosił koszt wykonania czynności wchodzących w przedmiotowy zakres.

Pytanie nr. 7

Prosimy o potwierdzenie że wszelkie prace konfiguracyjne, konieczne do poprawnego zaimportowania opisu badania do mMedica, po stronie systemu mMedica, będą wykonywane przez zamawiającego i na koszt zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: opis przedmiotu zamówienia bez zmian

Pytanie nr. 8

"- moduł musi posiadać opcję/funkcję wpisania parametrów ekspozycji, tj. napięcie na lampie (wartość kV), i obciążenie prądowo czasowe (wartość mAs), tj. zapisu parametrów wykonanej ekspozycji."

Dane dotyczące parametrów ekspozycji powinny być wprowadzane na stacji technika przed wykonaniem badania.

Czy dopuszczają państwo system który pobiera parametry ekspozycji automatycznie i generuje statystykę, jeżeli dane takie zostały poprawnie wprowadzone na stacji technika przed wykonaniem badania?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy system, który pobiera parametry ekspozycji automatycznie i generuje statystykę, jeżeli dane takie zostały wprowadzone na stacji przez technika przed wykonaniem badania lub jeżeli takie dane będą automatycznie wygenerowane poprzez miernik dawki.

Dotyczy dokumentu "Wzór umowy"

Pytanie nr 1.
paragraf 13 Kary umowne

Prosimy o wykreślenie kar umownych jako rażąco nieproporcjonalne w stosunku do całości przedmiotu umowy lub zmianę na 2% ogólnej wartości umowy brutto w razie nieprzystąpienia lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy oraz 0,2% ogólnej wartości brutto za każdy dzień w razie zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.